

Sicherheitsinformationen für die Rücksendung von gebrauchten Mikro Zahnringpumpen und Fluidikkomponenten

Allgemeine Information

Der Unternehmer (Betreiber) trägt die Verantwortung für die Gesundheit und Sicherheit seiner Arbeitnehmer. Sie erstreckt sich auch auf das Fremdpersonal, das bei Reparatur und/oder Wartung der Mikro Zahnringpumpe und Komponenten mit diesen in Berührung kommt. Die Art der Medienberührung der Mikro Zahnringpumpe und Komponenten muss kenntlich gemacht werden und die entsprechende Erklärung ist auszufüllen.

Erklärung über die Art der Medienberührung

Das Personal, das die Reparatur und/oder die Wartung durchführt, muss vor Aufnahme der Arbeiten über den Zustand der gebrauchten Mikro Zahnringpumpe und Komponenten informiert werden. Dazu dient die „Erklärung über die Medienberührung von Mikro Zahnringpumpe und Komponenten“.

Diese Erklärung ist dem Lieferanten oder der von ihm beauftragten Firma direkt zuzusenden. Ein zweites Exemplar dieser Erklärung muss den Begleitpapieren der Sendung beigelegt werden.

Versand

Bei Versand von gebrauchten Mikro Zahnringpumpen und Komponenten sind die Versandvorschriften zu beachten:

- das Medium ablassen
- die Pumpe mit entsprechendem Lösungsmittel spülen
- aus angebauten oder lose mitgelieferten Filtern die Filtereinsätze entfernen
- alle Öffnungen luftdicht verschließen
- in Originalverpackung zurücksenden

Anschrift

HNP Mikrosysteme GmbH
Bleicherufer 25 · D-19053 Schwerin

Telefon +49 385 52190-301
Telefax +49 385 52190-333

E-Mail info@hnp-mikrosysteme.de
<http://www.hnp-mikrosysteme.de>

Erklärung über die Medienberührung von Mikro Zahnringpumpe und Fluidikkomponenten

Art der Geräte

Pumpentyp/Serien-Nr./Artikel: _____
 Betriebsstunden/Laufzeit: _____
 Lieferschein-Nr. bzw. Lieferdatum: _____
 Grund für die Einsendung: _____

Medienberührung

Die Mikro Zahnringpumpe war medienberührt mit:

und ist gereinigt worden mit:

Produkt-/Sicherheitsdatenblatt vorhanden: Ja* Nein

* Bitte als Anlage ergänzen

oder verfügbar im Internet unter: www. _____

Sollte es Ihnen nicht möglich sein, vor der Einsendung eine sachgemäße Reinigung vorzunehmen, behalten wir uns vor, die Reinigung einer Pumpe, die mit gesundheitsgefährdenden Stoffen in Berührung war, einer Fachfirma zu übertragen. Die Rücksendung in der Originalverpackung ist zweckmäßig. Diese Vorkehrungen sind zum Schutz der Mitarbeiter des Lieferanten unumgänglich.

Art der Medienberührung:

explosiv oxidierend feuchteempfindlich
 toxisch (toxische Nebenprodukte) radioaktiv pH-Wert: ca. _____ bis _____
 krebserregend mikrobiologisch Sonstige: _____
 reizend / ätzend korrosiv _____

R-Sätze: _____ S-Sätze: _____

Erklärung

Hiermit versichere(n) ich/wir, dass die gemachten Angaben vollständig sind. Der Versand der gebrauchten Mikro Zahnringpumpe und Fluidikkomponenten erfolgt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.

Firma: _____ Anrede: Frau Herr Titel: _____
 Abteilung: _____ Name: _____
 Straße/Nr.: _____ Telefon: _____
 PLZ/Ort: _____ E-Mail: _____
 Land: _____

Ort, Datum: _____ Rechtsverbindliche Unterschrift /
 Firmenstempel:

Anschrift